

**Processo SAA nº: 007.00030231/2025-17**

**Pregão Eletrônico APTA nº: 90003/2025**

**ESCLARECIMENTO RECEBIDO EM 07/11/2025:**

Bom dia,

Solicitamos o esclarecimento a seguir em relação à Especificação do Item 1-Aquisição de Espectrofotômetro UV-Vis deste PE 90003/2025, com data de abertura prevista para o dia 14/11:

O edital solicita: Monocromador tipo Czerny-Turner.

Questionamento: Será aceito espectrofotômetro que possui monocromador duplo do tipo Littrow, configuração superior ao solicitado no termo de referência?

Favor confirmar o recebimento deste e-mail.

Att.

**RESPOSTA DA EQUIPE TÉCNICA:**

Agradecemos pelo questionamento, o monocromador duplo do tipo Littrow (out-of-plane) é tecnologicamente equivalente ou superior ao monocromador tipo Czerny-Turner especificado, portanto este tipo de monocromador será aceito desde que o equipamento cumpra todas às outras especificações. Como exemplo, modelos que utilizam monocromador duplo Littrow (out-of-plane) atendem plenamente a todos os requisitos estabelecidos no termo de referência.

Obrigado.